

Speciaal ontworpen

Philips HeartStart FRx

De Philips HeartStart FRx AED is klein, licht van gewicht, robuust en is ontworpen voor eenvoudig, betrouwbaar gebruik door een minimaal getrainde hulpverlener. Plus punt van deze AED is dat deze spatwaterdicht is (IP 55) en de speciale “kindersleutel” waarmee de elektroden zeer eenvoudig geschikt kunnen worden gemaakt voor gebruik bij kinderen.

Gebruiksvriendelijk

De Philips FRx wordt alom geprezen om haar bedieningsgemak. Duidelijke en uitgebreide begeleiding bij een reanimatie. Tijdens de reanimatie procedure wordt de hulpverlener stap voor stap geïnstrueerd door middel van duidelijke, Nederlands gesproken aanwijzingen. Indien gewenst kan de hulpverlener ervoor kiezen om extra uitgebreide gesproken commando's te activeren.

Hulpverleners waarderen deze ondersteuning enorm. De Philips HeartStart FRx registreert wat de hulpverlener doet en geeft aan de hand daarvan een volgende instructie, pas als de vorige is uitgevoerd.

Veilig

Stelt via een zeer nauwkeurig algoritme vast of er sprake is van een hartstilstand.

De SMART-analyse zorgt ervoor dat er enkel een schok wordt afgegeven indien er sprake is van een hartstilstand.

Wanneer de Philips HeartStart FRx tijdens de reanimatiecyclus een defibrilleerbaar ritme ontdekt:

- wordt de reanimatiecyclus onderbroken;
- controleert de AED een tweede maal het hartritme;
- laadt het toestel zich snel op om te kunnen schokken. Hierdoor versnelt u het geven van de levensreddende schok.

Betrouwbaar

Om een goede werking te garanderen is de Philips HeartStart FRx voorzien van een uitgebreid zelftest-systeem, dat snel reageert als er een storing dreigt. Ingeval van een storing zal de Philips HeartStart FRx zowel een auditief- als een visueel-alarmeren bij het mislukken van de zelftest.

Dit zelftest-systeem voert dagelijks, wekelijks en maandelijks een testprocedure uit. Dit gebeurt volledig automatisch. De elektroden worden getest op aanwezigheid en functionaliteit. Statuscontrole in één opslag.

Status indicator

Een groen ledje dat laat zien of de HeartStart defibrillator klaar is voor gebruik. Een knipperend groen status-indicator-lampje betekent dat de defibrillator klaar is voor gebruik; een constant brandend status-indicator-lampje betekent dat de defibrillator gebruikt wordt. Indien de status-indicator-lampje niet brandt is uw aandacht vereist (De Philips HeartStart 'kwettert' en i-knop knippert).

Robuust

- Valbestendigheidstest tot 1,5 meter op 6 oppervlakken



Philips HeartStart FRx

Bedieningsknoppen Philips HeartStart HS1

▶ AAN/UITKNOP

Druk op deze groene knop om de HeartStart aan te zetten. Om de HeartStart uit te zetten, drukt u nogmaals op de groene knop en houdt u hem één (1) seconde ingedrukt.

▶ INFORMATIEKNOP

Deze blauwe 'i-knop' knippert als er informatie is, die u kunt zien door op deze knop te drukken. De knop knippert tevens aan het begin van een pauze voor verzorging van de patiënt als begeleiding voor basisreanimatie geactiveerd is. Schoktoets

▶ SCHOKTOETS

Druk op deze knipperende oranje knop als de HeartStart u vraagt om een schok af te geven.